

به منظور کنترل صحت اطلاعات ارائه شده توسط معتمد به هنگام صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه و همچنین بررسی عملکرد آزمایشگاه معتمد در طول مدت اعتبار گواهینامه لازم است ادارات کل در خصوص ممیزی عملکرد آزمایشگاه در جهت اهداف نظارتی در موارد ذیل اقدام نماید. همچنین در صورت لزوم، دفتر پایش می‌تواند راساً بر عملکرد آزمایشگاه معتمد در این زمینه نظارت داشته باشد.

۱- مکان، فضا، تجهیزات و مواد مصرفی:

۱-۱- بررسی و کنترل صحت آدرس آزمایشگاه معتمد

۱-۲- ممیزی تجهیزات بارگذاری شده در سامانه از نظر شماره سریال، گواهی کالیبراسیون با تاریخ معتبر و عمر مفید سنسورها در زمان بازدید.

۱-۳- ممیزی صحت عملکرد تجهیزات

۱-۴- ممیزی مواد و محلول‌های شیمیایی از نظر تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و غیره

۱-۵- ممیزی شرایط مناسب آزمایشگاه بر اساس بند ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه شماره ۳-۲-۰۳

۲- پرسنل:

۲-۱- بررسی مطابقت پرسنل آزمایشگاه معتمد با فهرست اسامی اعلامی در سامانه با رعایت فعالیت در سمت و حوزه مشخص شده در زمان بازدید

۲-۲- ممیزی توانمندی پرسنل در اجرای روش‌های آزمون براساس استانداردهای مورد تایید

۲-۳- ممیزی عدم فعالیت مدیرعامل آزمایشگاه معتمد به عنوان مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره آزمایشگاه معتمد دیگر

۲-۴- ممیزی عدم فعالیت مدیر فنی و کارشناس فنی آزمایشگاه معتمد در آزمایشگاه دیگر

۲-۵- ممیزی رعایت عدم فعالیت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره آزمایشگاه معتمد برای کارکنان دولتی

۳- قرارداد:

۳-۱- ممیزی عقد قرارداد (مدارک و مستندات مربوط به آن) بین آزمایشگاه معتمد و صنایع مجری خوداظهاری

۳-۲- ممیزی رعایت مفاد قرارداد

۳-۳- ممیزی اعتبار گواهینامه آزمایشگاه معتمد کارفرما و همکار در زمان عقد قرارداد و اجرای آن

۳-۴- ممیزی پارامترهای مورد پایش و تطبیق آن با مفاد گواهینامه

۳-۵- ممیزی پارامترهای مورد سنجش توسط معتمد با توجه به نوع واحد مورد پایش

۴- نمونه برداری:

۴-۱- ممیزی انجام نمونه برداری

۴-۲- ممیزی حضور نمونه بردار معرفی شده

۴-۳- ممیزی صلاحیت نمونه بردار از نظر نحوه نمونه برداری و تشخیص محل نمونه برداری

۴-۴- ممیزی تجهیزات نمونه برداری

۴-۵- ممیزی نحوه نگهداری و انتقال نمونه

تبصره: در موارد خاص که حضور کارشناس اداره کل در زمان آنالیز الزامی است نمونه پلمپ و جهت آزمون (تست) در اختیار آزمایشگاه معتمد قرار گیرد.

۵- آنالیز:

۵-۱- ممیزی از طریق انجام آزمون (تست) همزمان آزمایشگاه معتمد با ادارات کل در یک محل در خصوص گروه هوا و صدا و همچنین پایش دستگاه‌های بی خطر ساز

۵-۲- ممیزی صحت آنالیز از طریق ارائه نمونه‌های مجهول و یا نظارت بر انجام آنالیز در محل آزمایشگاه معتمد (بدون هماهنگی) توسط ادارات کل یا دفتر پایش در خصوص گروه‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژی

۶- مستندات:

۶-۱- بررسی و کنترل اعلام زمان نمونه برداری بارگذاری شده در سامانه

۶-۲- بررسی و کنترل نتایج بارگذاری شده در سامانه به منظور مطابقت پایش‌های صورت پذیرفته با پارامترهای اعلامی در سامانه

۶-۳- بررسی و کنترل بارگذاری فرم صورتجلسه انجام پایش خوداظهاری در سامانه

ادارات کل یا دفتر پایش موارد مغایر با این شیوه‌نامه را به کمیته بررسی تخلفات آزمایشگاه‌های معتمد ارجاع و کمیته در این موارد بر اساس شیوه نامه انضباطی تصمیم‌گیری لازم را بعمل می‌آورد.